

## 单一来源采购专家论证意见

采购人	洛阳市妇幼保健院
采购项目名称	洛阳市妇幼保健院关于电子支气管镜（视频气管插管镜）单一来源采购项目
论证时间	2021年8月27日9时30分
论证地点	洛阳市西工区金谷园路长申广场写字楼1703室
专家论证意见	<p>新生儿重症监护室重点服务于特殊群体，根据该采购项目目的临床和技术需求，具备治疗、取异物、吸痰、引导插管及检查等功能，便于经气道通道移动，有效保障新生儿生命安全。</p> <p>根据投标人提供的技术资料认为：符合设备参数插入管外径<math>\leq 2.8\text{mm}</math>，内径<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，插入管长度<math>610\text{mm}</math>。具备电子成像技术及拍照录像功能，且一体机设计理念。考虑到该设备的特殊性，技术规格复杂，珠海祺新医用材料技术有限公司可以满足采购需求，建议采用单一来源采购方式。</p>

专家论证小组签字：

刘波 李川 孟军