

# 进口产品专家论证意见

## 一、基本情况

申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购产品名称	宫腔镜系统采购项目
拟采购产品金额	800000.00 元
采购项目所属项目名称	宫腔镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	800000.00 元

## 二、申请理由

- 1. 中国境内无法获取：
- 2. 无法以合理的商业条件获取：
- 3. 其他。

### 原因阐述：

宫腔镜检查、治疗是我院妇科的重要诊疗设备。经充分市场调研，进口产品(奥林巴斯、史托斯、史赛克、狼牌等)较为成熟，清晰度较高，稳定性强，而国内内窥镜系列产品起步晚，生产工艺技术及稳定性等方面有待提升。我院是洛阳市唯一的专科医院，为进一步提升我院妇科的诊疗水平，故申请采购进口产品。

三、专家论证意见(法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议)

此次拟采购的宫腔镜，为高科技微创诊疗器械，可最大程度实现宫内病变的精准定位、处置及治疗等。进口产品可保证宫内无恒定，膨宫适度，手术视野能见度高，图像清晰。减少出血，术后恢复快，痛苦可少；国产产品在生产工艺，安全稳定性方面有待提升，且市场占有率低于进口产品，建议购买进口产品。

专家签字

2024 年 3 月 26 日

# 进口产品专家论证意见

## 一、基本情况

申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购产品名称	宫腔镜系统采购项目
拟采购产品金额	800000.00 元
采购项目所属项目名称	宫腔镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	800000.00 元

## 二、申请理由

1. 中国境内无法获取；
2. 无法以合理的商业条件获取；
3. 其他。

### 原因阐述：

宫腔镜检查、治疗是我院妇科的重要诊疗设备。经充分市场调研，进口产品(奥林巴斯、史托斯、史赛克、狼牌等)较为成熟，清晰度较高，稳定性强，而国内内窥镜系列产品起步晚，生产工艺技术及稳定性等方面有待提升。我院是洛阳市唯一的专科医院，为进一步提升我院妇科的诊疗水平，故申请采购进口产品。

三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议）

国内同类产品与进口产品相比技术性能稳定性较差，清晰度窄带成像与景深层次技术有待进一步提高。作为全市有影响力的专科医院，改善诊疗设备提升科研教学质量有其必要性。故建议采购进口设备满足需求。

专家签字

王宇川

2024年3月26日

# 进口产品专家论证意见

## 一、基本情况

申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购产品名称	宫腔镜系统采购项目
拟采购产品金额	800000.00 元
采购项目所属项目名称	宫腔镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	800000.00 元

## 二、申请理由

1. 中国境内无法获取：

2. 无法以合理的商业条件获取：


3. 其他。

原因阐述：

宫腔镜检查、治疗是我院妇科的重要诊疗设备。经充分市场调研，进口产品(奥林巴斯、史托斯、史赛克、狼牌等)较为成熟，清晰度较高，稳定性强，而国内内窥镜系列产品起步晚，生产工艺技术及稳定性等方面有待提升。我院是洛阳市唯一的专科医院，为进一步提升我院妇科的诊疗水平，故申请采购进口产品。

三、专家论证意见 (法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议)

通过对进口产品“宫腔镜系统采购项目”技术参数进行详细查阅、对比，认为：进口产品尤其是奥林巴斯、史托斯、史赛克、狼牌等，清晰度高、抗干扰能力强，使用寿命较稳定，寿命长；而国内内窥镜系列产品在工艺、材质、稳定性等方面与进口产品相比，存在差距；为满足贵院临床研究和临床需求，故建议采购进口“宫腔镜系统采购项目”。

专家签字 

2024年3月26日

# 进口产品专家论证意见

<b>一、基本情况</b>	
申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购产品名称	宫腔镜系统采购项目
拟采购产品金额	800000.00 元
采购项目所属项目名称	宫腔镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	800000.00 元
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 宫腔镜检查、治疗是我院妇科的重要诊疗设备。经充分市场调研,进口产品(奥林巴斯、史托斯、史赛克、狼牌等)较为成熟,清晰度较高,稳定性强,而国内内窥镜系列产品起步晚,生产工艺技术及稳定性等方面有待提升。我院是洛阳市唯一的专科医院,为进一步提升我院妇科的诊疗水平,故申请采购进口产品。	
<b>三、专家论证意见</b> (法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品;技术专家应重点论证采购需求,对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比,提出合理的采购建议)	
宫腔镜系统属光学原理而达到诊疗目的设备。该类设备我国国产产品,研制生产起步相较晚其光学、技术及稳定性等方面还有待提升。为保障临床诊疗需要,降低误诊、漏诊率,且方便治疗,建议采购进口宫腔镜系统。	
专家签字 吕列敏	
2024年3月26日	

注:一人一表

# 进口产品专家论证意见

## 一、基本情况

申请单位	洛阳市妇幼保健院
拟采购产品名称	宫腔镜系统采购项目
拟采购产品金额	800000.00 元
采购项目所属项目名称	宫腔镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	800000.00 元

## 二、申请理由

1. 中国境内无法获取；
2. 无法以合理的商业条件获取；
3. 其他。

原因阐述：

宫腔镜检查、治疗是我院妇科的重要诊疗设备。经充分市场调研，进口产品(奥林巴斯、史托斯、史赛克、狼牌等)较为成熟，清晰度较高，稳定性强，而国内内窥镜系列产品起步晚，生产工艺技术及稳定性等方面有待提升。我院是洛阳市唯一的专科医院，为进一步提升我院妇科的诊疗水平，故申请采购进口产品。

三、专家论证意见 (法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议)

拟采购产品不属于法律、行政法规、政策等禁止或限制进口产品，可以采用进口产品采购方式进行采购。

专家签字 汪蒙蒙

2024年3月26日

注：一人一表